

**RECEPTEUR-COMPARATEUR DE  
FREQUENCE**



Cet appareil est destiné à la mesure relative d'une fréquence de 100 kc/s environ, par comparaison à la fréquence étalon 200 kc/s de Droitwich.  
Il permet également la mesure relative de deux fréquences de 100 kc/s.

Type: B-390

**SPECIFICATIONS:**

Oscilloscope  
Canal amplificateur 200 kc/s  
Oscillateur local de 265 kc/s  
Canal amplificateur 100 kc/s  
Bloc d'alimentation  
Tubes professionnels garantis 10 000 heures

**PRECISION DE LA  
DETERMINATION  
DE FREQUENCE:**

1 tour en 100 secondes effectué par le spot lumineux correspond à une différence de fréquence de  $\frac{1}{100}$  c/s.

**EXECUTION:**

Cet appareil est composé de 2 châssis en métal léger oxydé, fixés dans un cabinet en anticorrosif.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Hauteur: 600 mm | Profondeur: 460 mm |
| Largeur: 553 mm | Poids: 41 kg       |

**EBAUCHES S. A.**  
DEPARTEMENT OSCILLOQUARTZ



**NEUCHÂTEL - SUISSE**  
(038) 5 58 03

[Exemple d'appareil du département Oscilloquartz, Ebauches SA :] Récepteur-comparateur de fréquence type B-390, vers 1955.

Référence du document reproduit :

- **[Exemples d'appareils du département Oscilloquartz, Ebauches SA], vers 1955**

[Exemples d'appareils du département Oscilloquartz, Ebauches S.A.],  
photographies imprimées, s.n., s.d. [vers 1955].

Publiées dans : *Ebauches S.A. Département Oscilloquartz Neuchâtel Suisse.*

*Appareils électroniques de précision* [catalogue]. - Neuchâtel : Ebauches S.A., s.d.  
[3e quart 20e siècle, vers 1955]. 12 f. : ill. ; 22 x 16 cm.

Archives de l'Observatoire, Besançon

IVR43\_20072500658NUCA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : [ca 1955]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation